



Completare Raport de Evaluare nr. 2207 i/01.10.2009

Nr inregistrare: 2223i/02.10.2009

Se completeaza raportul de evaluare nr 2207 i/01.10.2009 referitor la evaluarea ofertelor depuse pentru achizitia de teste rapide HCV, respectiv HIV la sectiunea Rezumatul evaluarii, respectiv la punctul 2- oferta Nitech Medical SRL cu urmatoarele:

- a. Prospectul testelor HIV si HVC evidentiaza faptul ca **mostrele** pot fi tinute maxim 3 zile la temperaturi intre 2-8 grade Celsius, pentru perioade mai mari acestea trebuie pastrate la -20 grade Celsius.
- b. Referitor la fisa de specificatii tehnice atat pentru testele rapide HCV, cat si pentru cele HIV, conform cererii de oferta exista 2 neconcordante intre specificatiile tehnice solicitate si oferta firmei Nitech:
 1. in cadrul subcapitolului: Descriere generala conform cererii de oferta specificatiile tehnice indicate erau: teste rapide de tip caseta pentru detectarea de anticorpi antivirus hepatita C, respectiv HIV, recoltare capilara sange integral. Firma Nitech a oferat pentru acest punct: teste rapide de tip caseta pentru detectarea de anticorpi antivirus hepatita C, respective HIV, recoltare ser sau plasma. Acest lucru este sustinut si de documentele de suport depuse impreuna cu oferta si anume ca testele ofertate sunt pentru ser/plasma.
 2. in cadrul subcapitolului: Parametri de functionare minim acceptati de Beneficiar, la punctul 6, tipul de antigen cerut este sange integral. Firma Nitech a oferat pentru acest punct: ser sau plasma. Acest lucru este sustinut si de documentele de suport depuse impreuna cu oferta si anume ca testele ofertate sunt pentru ser/plasma.
- c. Suma totala ofertata de Nitech Medical SRL a fost eronata atat in formularul de oferta, cat si in centralizatorul de preturi (pagina 1, respectiv 2 din oferta Nitech Medical SRL)

Membrii Comisiei de Evaluare

1. Dr. Silvia Asandi / Director General
2. Dr. Mihaela Stefan / Ofiter Monitorizare si Evaluare,
3. Ana-Maria Duca / Ofiter de Achizitii,

Data: 02.10.2009